

STAMPELLE PLATINUM CON AMMORTIZZATORE – LINEA HIGH TECH

Ref. AD-28x



Descrizione

Le stampelle PLATINUM sono regolabili in altezza con appoggio antibrachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica.

La particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle.

La struttura in alluminio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo ed i tubi sono realizzati con lamine di alluminio saldate.

Le stampelle PLATINUM sono dotate di impugnatura in poliuretano morbido con meccanismo integrato di assorbimento d'urto. Disponibili nelle versioni con ammortizzatore a taratura media e dura.

Destinazione d'uso

Ausilio per la mobilità personale. Favoriscono la deambulazione nelle persone con difficoltà motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. AD-28M Ref. AD-28L	1436495/R 1436496/R
Nomenclatore ISO	12.03.06.006	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore CE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2011	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Altezza appoggio antibrachiale	24,5 cm
Range di regolazione altezza del tubo fino all'impugnatura	da 73,5 a 98,5 cm
Diametro tubi	Superiore: 22 mm Inferiore: 19 mm
Livelli di regolazione altezza del tubo	n. 14
Massima ammortizzazione verticale	32 mm
Angolo di sostegno	21°
Peso per stampella	620 g
Portata massima	130 kg
Materiali	Tubo in Alluminio EN AN 5083. Appoggio antibrachiale in Polipropilene. Imbottiture in Poliuretano morbido.
Colore	Ghiaccio
Ammortizzatore	Meccanismo con taratura media (Ref. AD-28M). Meccanismo con taratura dura (Ref. AD-28L).

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per garantire l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato dei componenti. Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-28x**	Stampelle Platinum con ammortizzatore	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La confezione contiene una tipologia di stampelle a seconda del codice variante scelto.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD2-G	Tripode Static per stampelle	2

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	11/10/2018	Modifica layout della tabella caratteristiche tecniche ed aggiornamento del sistema gestione qualità aziendale nel footer della scheda.

