

## **BASTONE LUGANO IN ALLUMINIO A REGOLAZIONE CONTINUA**

**Ref. AD-71**



Immagine indicativa del prodotto.

### **Descrizione**

Questo bastone è dotato di dispositivi di sicurezza e regolazione, per il suo utilizzo:

- 1: Pulsante per regolare l'altezza, premerlo e allungare il tubo inferiore fino all'altezza desiderata,
- 2: Pulsante avvisatore acustico, premerlo per avvertire della propria presenza.
- 3: Luce rossa lampeggiante, permette di essere visti in caso di scarsa illuminazione
- 4: Faretto illuminazione, permette di vedere meglio in caso di scarsa illuminazione.

### **Destinazione d'uso**

Ausilio indicato per persone che necessitano di un supporto durante la deambulazione.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato:  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1857811/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



## Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	Ergonomica a T
Lunghezza del bastone	da 70 a 93 cm
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manico in plastica e Silicone</li> <li>- Struttura in alluminio</li> <li>- Puntale in gomma</li> </ul>
Portata massima	113 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-71	Bastone Lugano in alluminio	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	30/07/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

