

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**Declaration of conformity**

**Fabbricante:** **Intermed S.r.l.**  
(Manufacturer) Via Ludovico D'Aragona, 11  
20132 Milano (MI)

**Dispositivo Medico** **SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE**  
(Medical Device) **Aneroid Sphygmomanometer**

**Codici:** Vedi Allegato  
(REF. code) See attachment

**Direttive Applicabili:** DIRETTIVA 93/42/CE concernente i dispositivi medici modificata dalla  
(Applicable Directives) 2007/47/CE – recepita dal D.Lgs. n°46 del 24/02/1997 – modificato da D.Lgs.  
N°37 del 25/01/2010  
(CE Directive 93/42/EC concerning medical devices and following updates)

**Classificazione (Allegato IX D.Lgs. 46/97):** **Classe Im (Regola 1)**  
Classification (Annex IX, MDD 93/42): Class Im (Rule 1)

**Procedura di valutazione della Conformità** **Allegato V**  
(Conformity Assessment procedure): (Annex V)

Con la presente si dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti sopra elencati soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili, previsti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CE concernente i Dispositivi Medici e alle norme applicabili.

(Under our sole responsibility, we state that the above mentioned products meet all the applicable essential requirements of Annex I of the Medical Devices Directive 93/42/EEC and all the applicable standards).

Norme europee armonizzate applicabili  
(Applicable harmonized European standards)

La lista delle norme applicabili è riportata nel relativo Fascicolo Tecnico.  
(The list of the applicable standards is reported in the Technical File).

Il Fabbricante si impegna a conservare e a mettere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione tecnica specificata nell'Allegato II della Direttiva 93/42/CEE, per un periodo di 10 anni dalla data di ultima fabbricazione del prodotto.

(The Manufacturer undertakes to keep available for the Competent Authorities the technical documentation quoted in Annex II of Directive 93/42/EEC for a period of at least five years after the last manufacture of the product.)

Ente Notificato  
(Notified Body) Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Via Cadriano n. 23  
Cadriano di Granarolo (BO)

N° identificazione  
(Identification number)



Certificato CE:  
(CE Certificates) n° MED 31053

Data scadenza  
(expiry date):  
26.05.2024

Responsabile  
(Authorized/Responsible Person)  
Augusto Gussoni

Data:  
Date **04/03/2021**

Firma:  
Signed:

Rev. 03

Allegato alla dichiarazione di conformità.  
Attachment to declaration of conformity

## Elenco prodotti

### Product list

Articolo <i>Item</i>	Descrizione <i>Description</i>	Colore <i>Color</i>
LF-100-A	Sfigmomanometro ad aneroido con manometro asportabile sul bracciale <i>Classic aneroid sphygmomanometer</i>	Arancione <i>Orange</i>
LF-100-B	Sfigmomanometro ad aneroido con manometro asportabile sul bracciale <i>Classic aneroid sphygmomanometer</i>	Blu <i>Blue</i>
LF-100-N	Sfigmomanometro ad aneroido con manometro asportabile sul bracciale <i>Classic aneroid sphygmomanometer</i>	Nero <i>Black</i>
LF-100-R	Sfigmomanometro ad aneroido con manometro asportabile sul bracciale <i>Classic aneroid sphygmomanometer</i>	Rosso <i>Red</i>
LF-100-V	Sfigmomanometro ad aneroido con manometro asportabile sul bracciale <i>Classic aneroid sphygmomanometer</i>	Verde <i>Green</i>
LF-105-A	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – antishock <i>Anti-shock palm type aneroid sphygmomanometer</i>	Arancione <i>Orange</i>
LF-105-B	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – antishock <i>Anti-shock palm type aneroid sphygmomanometer</i>	Blu <i>Blue</i>
LF-105-N	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – antishock <i>Anti-shock palm type aneroid sphygmomanometer</i>	Nero <i>Black</i>
LF-105-R	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – antishock <i>Anti-shock palm type aneroid sphygmomanometer</i>	Rosso <i>Red</i>
LF-105-V	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – antishock <i>Anti-shock palm type aneroid sphygmomanometer</i>	Verde <i>Green</i>
LF-130	Sfigmomanometro ad aneroido con stetoscopio incorporato <i>Classic aneroid sphygmomanometer for self-measurement</i>	Blu <i>Blue</i>
LF-135	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare con stetoscopio incorporato <i>Anti-shock aneroid palm type sphygmomanometer for self-measurement</i>	Blu <i>Blue</i>
LF-160	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare con sistema a 2 tubi <i>Double tube aneroid palm type sphygmomanometer</i>	Nero <i>Black</i>
LF-500	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – modello Prestige <i>Aneroid sphygmomanometer – model Prestige</i>	Argento <i>Silver</i>
LF-700	Sfigmomanometro ad aneroido di tipo palmare – modello Comfort <i>Palm type aneroid sphygmomanometer – model Comfort</i>	Nero <i>Black</i>
LF-1000	Sfigmomanometro ad aneroido – modello da tavolo <i>Desk type aneroid sphygmomanometer</i>	Blu <i>Blue</i>
LF-1100	Sfigmomanometro ad aneroido – modello su stativo a rotelle <i>Stand type aneroid sphygmomanometer</i>	Blu <i>Blue</i>