

Rev. 01
Maggio 2010



Scheda tecnica

140 XX 023

Sonde rettali in PVC con 2 fori
laterali



Codice	Descrizione
140 27 023	Sonde rettali in PVC con punta chiusa e 2 fori laterali - CH 20
140 28 023	Sonde rettali in PVC con punta chiusa e 2 fori laterali - CH 22
140 30 023	Sonde rettali in PVC con punta chiusa e 2 fori laterali - CH 25
140 31 023	Sonde rettali in PVC con punta chiusa e 2 fori laterali - CH 28
140 32 023	Sonde rettali in PVC con punta chiusa e 2 fori laterali - CH 30

Indicazioni	
Produttore	Unomedical Sdn. Bhd. Malesia
CND	178482
Repertorio	G020301
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Sonde rettali in PVC di varie misure.

Descrizione

Sonda rettale per infusione di farmaci e/o svuotamento per via rettale. Monouso.

Catetere in PVC privo di ftalati, indicato per infusione di farmaci e/o svuotamento per via rettale, punta atraumatica, massimo della tollerabilità. Impiegabile fino a 4 settimane.

Superficie liscia e compatta per minimizzare l'incrostazione, fori di drenaggio ampi e smussati, punta rotonda, liscia, morbida e rinforzata per una facile introduzione, compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti, compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità al materiale componente.

Conservazione

Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (ETO). Controllo della sterilità su strip di spore, determinazione del residuo ETO che deve risultare inferiore a 0,5 mg/l.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Da smaltirsi come rifiuto ospedaliero.

Scadenza

5 anni dalla data di sterilizzazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142