

STETOFONENDOSCOPIO PER ADULTI ALTO II

Ref. 9603.08.XXX



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Stetofonendoscopio per adulti con durevole testina doppia in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo.

Modello indicato per la diagnostica cardiaca e polmonare.

Realizzato con materiali privi di lattice.

Sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella.

Archetto auricolare in acciaio inossidabile

Olive auricolari morbide ad avviamento

Disponibile nei colori come indicato in tabella:

| Codice prodotto | Colore |
|------------------------|---------------|
| 9603.08.000 | Nero |
| 9603.08.008 | Verde |
| 9603.08.016 | Borgogna |
| 9603.08.017 | Blu |

Destinazione d'uso

Fonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano, in ambito medico ospedaliero e privato.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

| | | |
|--|--|--|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | C9005 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 98123 /R | |
| Conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE (s.m.i. 2007/47/CE) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> Ila <input type="checkbox"/> Iib <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbriante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbriante | Friedrich Bosch GmbH & Co. KG. | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Materiali | Testina Archetto auricolare Lira Membrana | Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PVC PVC |
| Diametro membrana | 45 mm | |
| Diametro campana | 30 mm | |
| Lunghezza lira senza archetto | 62 cm | |
| Condizioni di utilizzo | Temperatura da +10°C a +40°C Umidità relativa da 30% a 85% | |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura da -20°C a +60°C Umidità relativa da 10% a 95% | |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alla polvere. Arrotolare la lira con cautela evitando di formare angoli. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato. Per la pulizia utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso. L'utilizzo di detergenti e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ/CONFEZIONE |
|---------------|--|---------------|
| 9603.08.XXX | Fonendoscopio per adulti <i>Alto II</i> con confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana. Codice prodotto variante secondo il colore scelto. | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ/CONFEZIONE |
|-------------|--|---------------|
| 0017.01.200 | Lira in PVC Latex Free | 1 |
| 9603.19.000 | Olive auricolari morbide - colore nero | 1 pa |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 1.0 | 13.03.2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016