STAMPELLE CANADESI CLASSICHE

Ref. AD-92



Foto del dispositivo puramente indicativa

Descrizione

Stampelle regolabili in altezza, appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica, struttura in alluminio anodizzato e 10 livelli di regolazione in altezza. Ausilio per la deambulazione.
Colore Grigio.

Destinazione d'uso

Le stampelle rappresentano un ausilio per la mobilità personale. Favoriscono la deambulazione nelle persone con difficoltà motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☑ SI	☐ NO
Codice CND	Y120306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	3036807/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☑ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☑ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☑ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☑ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☑ NO
Sterile	☐ SI	☑ NO

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO
kiwa certified CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 13485:2016

Latex Free	☑ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2026	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997DEAMBULAZNV

Codice Ref.	UDI-DI
AD-92	8056992234819

Caratteristiche tecniche

STRUTTURALI	Dimensioni Altezza appoggio antibrachiale Range di regolazione altezza dell'impugnatura Livelli di regolazione altezza per il tubo	 23 cm 81 – 104 cm 10 posizioni
	Materiali componenti Tubo Appoggio antibrachiale	 Alluminio anodizzato Ø 19 mm Polipropilene
	Peso	450 g
	Colore	Grigio
	Portata massima	100 kg

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-92	Stampella per deambulazione	Paio
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
920100-N	Puntali in gomma per stampelle	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	20/05/2026	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

CE

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO
kiwa certified CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 13485:2016