

POLTRONA GERIATRICA A BASCULAMENTO ELETTRICO

Ref. ELYSEE-NxxE



Il colore del modello nella foto è puramente indicativo

Descrizione

Poltrona geriatrica con telaio a basculamento elettrico mediante telecomando e base con ruote da transito, ideale per un utilizzo sia in ambienti interni che esterni. È dotata in configurazione base di un cuscino poggia-testa anatomico, cintura di contenimento, un cuscino anatomico poggia-gambe e di un cuscino antidecubito a memoria di forma per la seduta. Il poggia-gambe elevabile manualmente a cremagliera in 6 posizioni è in allineamento con il sedile quando la poltrona è in posizione semi reclinata. È dotata di un sistema di freni a pedali, accessibili da tre lati della poltrona (laterali e posteriore). Colore Cacao (a richiesta sono disponibili altri colori). I rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°.

Destinazione d'uso

Ausilio per la mobilità assistita, di persone con limitate capacità motorie.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y180918	
Identificativo di Registrazione Elysee-N38E Elysee-N44E Elysee-N50E Elysee-N56E		
Codice Classificazione ISO		
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore (Nome e numero dell'Ente)	<input type="checkbox"/> SI n/a	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile Metodo di sterilizzazione Periodo di validità	<input type="checkbox"/> SI n/a n/a	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2016	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INNOV'S.A.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Codice	Larghezza seduta	Larghezza Totale	Larghezza base	Profondità seduta	Altezza seduta	Altezza braccioli	Peso	Capacità
Elysee-N38E	cm 38	cm 61	cm 65	cm 48	cm 45	cm 20	40kg	130 kg
Elysee-N44E	cm 44	cm 67	cm 65	cm 48	cm 45	cm 20	40kg	130 kg
Elysee-N50E	cm 50	cm 73	cm 65	cm 48	cm 45	cm 20	40kg	130 kg
Elysee-N56E	cm 56	cm 79	cm 65	cm 48	cm 45	cm 20	40kg	130 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Rivestimenti lavabili a 30°
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Elysee-NXXE*	Poltrona Geriatrica	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*Poltrona nella configurazione di misura scelta

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
TRV	Tavolino con incavo ribaltabile	1
HAR	Cintura di sicurezza a bretella	1
CTD 38-44	Supporti laterali	2
CTD 50-56	Supporti laterali	2

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	18/01/2019	Aggiornamento design e caratteristiche modello