

MARTELLETTO PER RIFLESSI TIPO TAYLOR

Ref. LM-05



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Martelletto per riflessi neurologici con manico in lega di zinco e testina PVC.
Lunghezza complessiva 18,8 cm.

Destinazione d'uso

Martelletto utilizzato per l'esame del riflesso in ambito di esami neurologici.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	L160101	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2045753/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	ZHEJIANG HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. (Cina)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Germania)	
Distributore	2020 (Intermed)	

Materiali

Testina	PVC
Manico	Lega di zinco
Peso	56 g

Dimensioni

Lunghezza	18,8 cm
-----------	---------

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. Disinfettare con detergenti a base alcolica.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LM-05	Martelletto per riflessi modello <i>Taylor</i>	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	24/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

