

Rev. 00
Aprile 2014



Scheda tecnica

PM-021

Abbassa lingua sterili



Codice	Descrizione
PM-021	Abbassa lingua in legno sterili

Indicazioni	
Produttore	Artsana S.p.a.
CND	V9001
Repertorio	26554
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Abbassalingua in legno sterili.

Descrizione

Abbassalingua in legno resistente naturale, per uso ambulatoriale. Prodotto sterilizzato a ossido di etilene.

Caratteristiche tecniche

MISURA	LUNGHEZZA (mm)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)
UNICA	150 ± 1	20 ± 1	2 ± 0,5

Confezionamento

Imballo da 100 pezzi.

Conservazione

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

Vita utile del prodotto: 5 anni

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici). Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO₂.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente. Può essere incenerito senza formazione di residui tossici.



INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142