	<b>SCHEDA TECNICA</b>  <b>FASCIA PER SOSTEGNO ROTULEO</b>	<b>Rev 00</b>  <b>Luglio 2013</b>
---	---	---

<b>Misura</b>	<b>Codice</b>
Unica	<b>SR-001</b>



### **Indicazioni**

- Tendiniti.
- Tendinopatie della rotula.
- Processi infiammatori.

### **Descrizione**

- Fascia di sostegno con cuscinetto per tendine rotuleo.
- Cinghia di stabilizzazione con doppio sistema di chiusura a velcro.


### **Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del sostegno devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del sostegno e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del sostegno.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del sostegno su altri pazienti.

### **Materiali componenti**

Tessuto esterno	EVA
Tessuto interno	Poliestere
Cinghia di stabilizzazione	Poliestere
Chiusure	Nylon
Cuscinetto	Gomma
Fibbie	Poliossimetilene

La fascia di sostegno contiene lattice.

	<b>SCHEDA TECNICA</b>  <b>FASCIA PER SOSTEGNO ROTULEO</b>	<b>Rev 00</b>  <b>Luglio 2013</b>
---	---	---

**Modalità di lavaggio**



**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**            1 pezzo

**Garanzia**            Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore**            **INTERMED srl**

**Codice CND**            **Y061209**  
**N. Repertorio**        **987546/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE